



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.000.М.003974.08.25

19 августа 2025 г.

ОТ

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению; Стоматологическая клиника ООО "Ю-СТОМ"; г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, пом. 17/1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-СТОМ"

(ИНН:7751253791, ОГРН:1237700308340)

Юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, пом. 17/1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-23975-2 от 28.07.2025г; Электронное заявление с ЕПГУ 5872314824 от 28.07.2025г; Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 04/25/07/20 от 22.07.2025 ООО "КАНОН" (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710114)



Заключение действительно до

18.08.2030

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№ 3687641





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

свидетельство территориального органа

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.16.000.М.003974.08.25**

от **19 августа 2025 г.**

Наименование организации: ООО «Ю-СТОМ»

Фактический адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, пом. 17/1.

Проводятся работы: Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Объект, используемый для осуществления работ:

Рентгеновский кабинет № б/н (1 этаж)

-Аппарат цифровой рентгеновский панорамный стоматологический «GXDP-700-1» с функцией томографии без цефалостата, зав.№ аппарата/трубки GE1401382 / 3M35274, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2014/2025, производитель «PaloDex Group Oy», Финляндия. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12033.

Ограничительные условия:

-Эксплуатация аппарата цифрового рентгеновского панорамного стоматологического «GXDP-700-1» с функцией томографии без цефалостата (зав.№ аппарата/трубки GE1401382/ 3M35274) **не более 9** рентгеновских в неделю.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



по г. Москве

№ 0562095